

进口设备论证签到表

设备名称	液质联用仪（三重四级杆）		
会议时间	2022.10.22		
人 员 签 到			
序号	单位名称	姓名	联系人手机
1	福州市疾控中心	陈柯星	13705043219
2	福建融成律师事务所	陈道金	13960838501
3	福建物拓化工	王文才	1305727826
4	福建师苑农资	蒲国伟	18009283191
5	福建师范大学	陈凡红	13599956667
6			
7			
8			
9			
10			
备 注			

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	武夷学院
拟采购产品名称	液质联用仪(三重四级杆)
拟采购产品金额 (元)	3500000
采购项目所属项目 名称	液质联用仪(三重四级杆)
采购项目所属项目 金额(元)	3500000
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	

三、专家论证意见

根据该学院拟采购“液质联用仪”设备的技术需求，结合使用方的需要及对市场调研和国内产品的现状，认为该学院的申请理由合理，论证如下：

1. 采购的必要性及需求

该学院为填补在环境、食品等样品的分析空白，提升有机化合物的科研分析能力，急需采购适用于热稳定性有机化合物分析的三重四极杆液质联用仪。

2. 采购进口产品的必要性和不可替代性

目前国产的液质联用仪在液相分离能力、质谱离化效率、质谱取量数范围、检测灵敏度等指标上与进口产品存在较大差距，都无法满足该学院科研工作中样品基质复杂、目标化合物含量极低的检测。

综上，建议采购进口的三重四极杆液质联用仪。



专家签字 陈林海

2022年10月22日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	武夷学院
拟采购产品名称	液质联用仪(三重四级杆)
拟采购产品金额 (元)	3500000
采购项目所属项目 名称	液质联用仪(三重四级杆)
采购项目所属项目 金额(元)	3500000
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	
三、专家论证意见	
<p>根据该学院拟购的“液质联用仪(三重四级杆)”的使用目的及技术要求,以及市场调研情况,认为该平台中,采购进口产品的理由合理。</p> <p>一. 购置的必要性。</p> <p>液质联用仪(三重四级杆)为该学院开展样品,茶叶等特色农产品研究所需大型科研仪器。目前该学院尚未有该配置仪器,有待尽快购置一台。</p> <p>二. 采购进口产品的合理性。</p> <p>目前国内虽有该类仪器生产厂家和产品,但其灵敏度、检测速度,以及分析效率与国外相比</p>	

仍然有较大差距，国产设备尚达不到该学院的
使用要求，故建议购置成熟进口产品。



2022 年 10 月 22 日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	武夷学院
拟采购产品名称	液质联用仪(三重四级杆)
拟采购产品金额 (元)	3500000
采购项目所属项目 名称	液质联用仪(三重四级杆)
采购项目所属项目 金额(元)	3500000
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	
三、专家论证意见	
<p>根据该学院拟购置的“液质联用仪(三重四级杆)”的使用 需求及技术要求,以及市场调研所情况,认为该产品,具有高 端产品的性价比。</p> <p>- 购置必要性。 该质联用仪(三重四级杆)为该学院开展产品,茶叶等特色 研究的样本需求大型粉碎设备,目前该学院尚未该配置设备, 本要尽快购置一台。</p>	
专家签字 	
2022年 10月 22日	

备注: 专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证; 参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

三、专家论证意见 (接上一页).

二、采购该产品的合理性

目前国内虽有该类仪器生产厂家的产品，但其灵敏度，扫描速度以及分辨率与国外相比仍然有较大差距，国产设备尚未达到该医院的使用要求，故建议购置成熟进口产品。

专家签字

2022年10月22日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	武夷学院
拟采购产品名称	液质联用仪(三重四级杆)
拟采购产品金额(元)	3500000
采购项目所属项目名称	液质联用仪(三重四级杆)
采购项目所属项目金额(元)	3500000
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	
三、专家论证意见	
<p>武夷学院拟购置液质联用仪(三重四级杆)的使用目的及技术要求,以及市场调研情况,认为该单位拟采购进口产品的理由合理。</p> <p>一、购置必要性 液质联用仪(三重四级杆)是液体样品的检测、营养价值分析、环境污染物研究必不可少的设备,因其高灵敏度、高分辨率,被誉为“万能检测器”。</p> <p>二、采购进口产品的合理性 目前市场上没有能够满足该设备需求的国产设备,故选择进口产品,故建议采购进口产品。月</p>	

备注: 专家组应当由五人以上单数组成,其中包括一名法律专家,产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家,采购人代表不得做为专家组成员参与论证; 参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	武夷学院
拟采购产品名称	液质联用仪(三重四级杆)
拟采购产品金额(元)	3500000
采购项目所属项目名称	液质联用仪(三重四级杆)
采购项目所属项目金额(元)	3500000
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述:	
三、专家论证意见	
<p>本次采购的论证专家组成员和论证程序均符合现行法律、法规的相关规定，本次采购的拟采购进口产品并不违反现行法律、行政法规的强制性规定。</p>	
专家签字 	
2022年10月22日	

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。